

AED-controleurs

Periodiek onderhoud

- Tenminste één maal per 2 maanden de AED's controleren:
 - Ziet de buitenkast er onbeschadigd uit?
 - Knippert lampje AED (groen) en / of is de indicator ok
 - Bij indrukken code, is de pieptoon goed hoorbaar? Gaat het slot open?
 - Is de kast makkelijk te openen?
 - Is de AED er makkelijk uit te halen?
 - Zit het hulpset tasje vast aan de AED vast en is deze gevuld (beademingsmasker, kledingschaar, handschoenen, scheermesje, handdoekje, visitekaartje stichting?)
 - Bij warm weer zou de ventilator moeten draaien, bij vorst zou de verwarmingsmat tegen de achterkant warm aan moeten voelen.
 - Kast intern en extern met een licht vochtige doek schoonmaken.
 - Kast sluiten en controleren of deze goed vergrendeld is.
- Afwijkingen doorgeven aan de coördinator. Deze kan dan indien nodig spullen bij bestellen of een professioneel bedrijf inschakelen om b.v. de kast te repareren.

Na een reanimatie

- Op verzoek na een reanimatie waarbij de AED is opgeroepen (op dezelfde dag of anders zo snel mogelijk) een extra controle uitvoeren: Eventueel door een professioneel bedrijf uit te laten uitvoeren en waar mogelijk op dezelfde werkdag. Ook mogelijk om een tijdelijke AED op te laten hangen, mogelijk moet de gebruikte AED uitgelezen worden.
 - Is de AED ingezet (pad's zijn gebruikt) dan deze inactief melden bij Hartslagnu.
 - Controleer wat er allemaal gebruikt is uit het hulpset tasje.
 - Controleer of de kast nog normaal te openen is en geen beschadigingen vertoont, bij afwijking meldt aan de coördinator.
 - Direct bij de penningmeester en coördinator doorgeven dat nieuwe pad's en eventueel gebruikte spullen uit de hulpset besteld worden. En laten vervangen
 - De AED dient uitgelezen te worden en gegevens verstrekken indien gevraagd.
 - Is de AED en hulpset in orde, dan de kast weer sluiten.
 - Na ontvangen nieuwe spullen, zo snel mogelijk aanvullen. Daarna kast weer actief melden bij Hartslagnu.
- Rapporteren aan de coördinator van de vorderingen. Dit onder andere i.v.m. administratie inzake vergoeding van de gebruikte AED bij de GGD en voor een goede registratie wanneer welke AED waar gebruikt is.